



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Ente di ricerca della Regione Siciliana



LAB N° 0376

Via Libertà, 66 - 90145 PALERMO
Tel. 0916278111 - Fax 091347870
http://www.vitevino.it
e-mail: irvva@vitevino.it
C/C postale 12369906
Codice Fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

MD0206/a-07

Rapporto di Prova Numero: 1542-11

Data di ricevimento: 30-08-11
Data di inizio prove: 30-08-11

Data di chiusura prove: 31-08-11

Laboratorio di: PALERMO

Campione di: Vinò rosso Sole dei Padri anno 2008

Ditta: Az. Agr. Spadafora - Via Ausonia, 90 - Palermo

Campionamento: a cura della ditta

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Vino rosso Sole dei Padri anno 2008.

RISULTATI DELLE PROVE
CARATTERI CHIMICO-FISICI

Prova	Unità di misura	Risultato	Metodo di Prova
Densità relativa a 20 °C (<i>Wine density</i>):		0,99420	OIV MA-AS2-01A R 2009
Titolo alcolometrico volumico (<i>Alcohol</i>):	% vol.	14,38	OIV MA-AS312-01A R 2009
Estratto secco totale (<i>Total dry extract</i>):	g/l	33,1	OIV MA-AS312-01A R 2009
Estratto non riduttore (da calcolo) (<i>Sugar free extract</i>):	g/l	31,1	OIV MA-AS2-03B R 2009 + OIV MA-AS311-02 R 2009
Glucosio e Fruttosio (<i>Glucose and Fructose</i>):	g/l	2,0	OIV MA-AS311-02 R 2009
Ceneri (<i>Ash</i>):	g/l	3,31	OIV MA-AS2-04 R 2009
Alcalinità ceneri (<i>Alkalinity of ash</i>):	meq/l	30,0	OIV MA-AS2-05 R 2009
Acidità totale (<i>Total acidity tartaric acid</i>):	g/l acido tartarico	5,3	OIV MA-AS313-03 R 2009
Acidità volatile (<i>Volatile acidity acetic acid</i>): (senza determinazione degli acidi sorbico e salicilico)	g/l acido acetico	0,70	OIV MA-AS313-02 R 2009
Acido sorbico (<i>Sorbic Acid</i>):	mg/l	< 0,05	OIV MA-AS313-14B R 2009
pH:	unità di pH	3,54	OIV MA-AS313-15 R 2009
Anidride solforosa libera (<i>Free sulfur dioxide</i>):	mg/l	31	OIV MA-AS323-04B R 2009
Anidride solforosa totale (<i>Total sulfur dioxide</i>):	mg/l	93	OIV MA-AS323-04B R 2009

Nota 1 - I risultati si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.
Nota 2 - Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio.
Nota 3 - Il campione libero già analizzato è conservato presso il laboratorio per 15 giorni.
Nota 4 - L'eventuale presenza dell'asterisco (*) indica prova non accreditata ACCREDIA.

Palermo li 31 AGO 2011

L'Analista

[Signature]
Custode
[Stamp]



Il Responsabile del Laboratorio

[Signature]